

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΜ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Να καλύπτονται από πιστοποιητικά ποιότητας διεθνώς αναγνωρισμένα (π.χ. ISO)
2. Να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 18 μήνες από την παράδοση.
3. Να αναφερθούν όλα τα φωτογραφικά και φυσικά χαρακτηριστικά του φιλμ.
4. Να είναι ανθεκτικά στην αποθήκευση για ικανοποιητικό εύρος θερμοκρασίας και υγρασίας περιβάλλοντος
5. Η συσκευασία των φιλμ να είναι ανθεκτική, σε άριστη κατάσταση και άθικτη σφράγιση.
6. Να είναι ξηράς εκτύπωσης, κατάλληλα προς επεξεργασία και απεικόνιση για εκτυπωτή dry laser.
7. Να είναι μονής επίστρωσης με φωτοευαίσθητο υλικό επί της μίας επιφάνειας.
8. Να έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά που να επιτρέπουν υψηλή αντίθεση και υψηλή οπτική πυκνότητα.
9. Να αναφερθούν οι συνθήκες αποθήκευσης.
10. Ο προμηθευτής θα αναλάβει την ευθύνη με δική του οικονομική επιβάρυνση, για την περίοδο χρήσης των φιλμ, τον ποιοτικό έλεγχο και ρύθμιση των τεχνικών στοιχείων της εκτύπωσης (αμαύρωση, ευκρίνεια κλπ). Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχει κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό και να συνυποβάλλονται τα σχετικά πιστοποιητικά εκπαίδευσης.
11. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει φιλμ ετοιμοπαράδοτα για την άμεση διάθεση τους. Η δυνατότητα άμεσης παράδοσης των φιλμ θα εξασφαλίζεται με έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
12. Τα προσφερόμενα ψηφιακά φιλμ θα πρέπει να είναι τα αυθεντικά (original) του κατασκευαστικού οίκου και όχι απομμήσεις. Η εξασφάλιση της γνησιότητας των ψηφιακών φιλμ θα πιστοποιείται με έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα συνοποβάλλεται στην προσφορά.
13. Να κατατεθεί στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρει ο οικονομικός φορέας (άρθρ. 43, παρ.9 του ν. 4605/2019)
14. Ο προμηθευτής θα πρέπει να επισυνάψει στην τεχνική προσφορά (βάσει της εγκυκλίου 2501/03-082022 της ΕΚΑΠΥ), στις περιπτώσεις που δεν κατασκευάζει το τελικό προϊόν σε δική του κατασκευαστική μονάδα:
 - α) βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστή ότι υφίσταται επίσημη συνεργασία με τον εισαγωγέα / διανομέα, (ή αντίγραφο της συμφωνίας τους και εντολής προς τον εισαγωγέα)
 - β) την εξουσιοδότηση και εκπαίδευση από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη και ορθή χρήση των προϊόντων

2. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

1. Να είναι διαστάσεων (Είδος 1) 35x43 cm και (Είδος 2) 26x36 cm, ψηφιακής ακτινολογίας.
2. Να είναι απολύτως κατάλληλα για τον εκτυπωτή Drypix 4000 Fujifilm που είναι εγκατεστημένος στο Νοσοκομείο μας.

A/A	Διάσταση φίλμ (σε cm)	Κωδ. Νοσ/μείου	Τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Ποσότητα	Σύνολο	ΦΠΑ	Προϋπολογισμ ός με ΦΠΑ	Κωδ. Παρ/ρίου	Τιμή Παρ/ρίου
Είδος 1.	35x43	50089	1,674	36.700	61.435,80	24%	76.180,39 €	3.1.10	167,4 (κουτί 100 τεμ)
Είδος 2.	26x36	52778	1,076	32.700	35.185,20	24%	43.629,65 €	3.1.7	161,4 (κουτί 150 τεμ)