



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η ΎΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ**

**Νέα Ιωνία 28/11/2025
Αριθ. Πρωτ 34058**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Θ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 3-5
Ν.ΙΩΝΙΑ 14 233
ΤΜΗΜΑ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α.Νικολοπούλου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132057879
Email: promkgh2009@gmail.com

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 27 /25

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2)
MONITORS, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Ω.Ρ.Λ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
(ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (27/25))**

Έχοντας υπόψη :

- 1.Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
- 2.Του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ Α'173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε συμφώνως του άρθρου 377 Ν. 4412/2016.
3. Του Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/2010), «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
- 4.Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/ 22-11-2010 τ.Α'), «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
5. Του Ν. 4013/2011(Φ.Ε.Κ. 204/Α/15-09-2011), άρθρο 4 παρ. 3 ,για την επιβολή κράτησης 0,10% επί της συμβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και του άρθρου 61 παρ. 5 του Ν. 4146/2013 «τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4013/2011».
6. Του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».
7. Το υπ αρ.πρωτ. 9637/01-04-2025 έγγραφο της Προϊσταμένης του Τμήματος Χειρουργικής, κας Αναστασοπούλου Ιωάννας.
8. Το υπ αρ.πρ 6553/28-02-2025 έγγραφο της Συντονίστριας Δ/ντριας του Ω.Ρ.Λ Τμήματος κας Μούντριχα Αικατερίνης.
- 8.Την υπ. αρ. πρ. 18628/26-06-2025 Απόφαση Διοικητή του Νοσοκομείου (επιτροπές)
9. Η από 04-06-2025 42^η Εκτ. Συν.(Θέμα Α3) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (έγκριση)
10. Το υπ. αρ πρ.24231/01-09-2025, έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
11. Την από 30-09-2025 10η Τακτ. Συν. (Θέμα Α13) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου έγκρισης πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές σε ξεχωριστούς φακέλους τα δικαιολογητικά συμμετοχής, η τεχνική και οικονομική προσφορά, **για την προμήθεια δύο (2) monitors, για τις ανάγκες των κλινικών Χειρουργικής και Ω.Ρ.Λ του Νοσοκομείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.000,00 € πλέον Φ.Π.Α (6.000.00 ανά τεμ πλέον ΦΠΑ)**

1.ΤΟΠΟΣ –ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Γενικό Νοσοκομείο Ν.Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων (Πρωτόκολλο)	<u>09-12-2025</u> ημέρα Τρίτη και ώρα <u>14.30 μ.μ</u>	Γενικό Νοσοκομείο Ν Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων(Αμφιθέατρο)	<u>10-12-2025</u> ημέρα Τετάρτη και ώρα <u>10.30 π.μ</u>

2.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΧΟΥΝ :

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

- α)σε κράτος –μέλος της Ένωσης ,
- β)σε κράτος –μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)
- γ)σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Παραρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας καθώς και
- δ)σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες, δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία, υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία, για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

3.ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η τιμή της προσφοράς, θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, εκτός του αναλογούντος Φ.Π.Α

Οι προσφορές θα ισχύουν για διάστημα 180 ημερών.

Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι εξής :

- α) 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ (Ν. 4912/17-3-2022 ΦΕΚ Α59)
- β) 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας
- γ) Φόρος 4% για προμήθειες και 8% για παροχή υπηρεσιών
(Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία τιμολογίου πλην ΦΠΑ).

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας, βαρύνουν το Νοσοκομείο.

Αντίγραφα της διακήρυξης μέσω της ιστοσελίδας του Νοσοκομείου & μέσω του διαδικτυακού τόπου " et.dianveia.gov.gr "

4.Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής .

4.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
4.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
4.3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
4.5.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

Γρ Προμηθ Πρ Οικονομικού Ο Προϊστ Διοικ/κής Υπ/νσης Η Προϊστ Διοικ/κής Δνσης Ο Διοικητής

Α. Νικολοπούλου Α. Βασιλείου Δ. Τσαβλής Δ. Τσατσούλη Χρήστος Χ. Τσάμης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ	Εκδήλωση ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΚΗΛΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ)	
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Προμήθεια δύο (2) monitors, για τις ανάγκες των κλινικών Χειρουργικής και Ω.Ρ.Α του Νοσοκομείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.000,00 € πλέον Φ.Π.Α (6.000.00 ανά τεμ πλέον ΦΠΑ)
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	33195000-3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	12.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 6.000.00 ανά τεμ πλέον ΦΠΑ)
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Προμήθειες
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ	Τακτικός προϋπολογισμός Νοσοκομείου σε βάρος του ΚΑ 7127α
ΠΟΣΟΤΗΤΑ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα Β
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ	
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ	Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	α) 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ (Ν. 4912/17-3-2022 ΦΕΚ Α59) β) 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας γ) Φόρος 4% για προμήθειες και 8% για παροχή υπηρεσιών (Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία τιμολογίου πλην ΦΠΑ). Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2198/94)	Κατά την πληρωμή παρακρατείτε φόρος εισοδήματος 8% για παροχή υπηρεσιών και 4% για προμήθειες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-

Ενός (1) φορητού μόνιτορ ζωτικών παραμέτρων (ΗΚΓ, αρτηριακή πίεση, οξυμετρία) για την ΩΡΛ Κλινική, συνολικού προϋπολογισμού 6.000 ευρώ + ΦΠΑ

- Το προσφερόμενο μόνιτορ θα προορίζεται για χρήση στην ΩΡΛ κλινική, για την άμεση και ασφαλή παρακολούθηση ζωτικών λειτουργιών (καρδιακού ρυθμού, αρτηριακής πίεσης, κορεσμού οξυγόνου, καρδιογραφήματος) βαρέως πασχόντων ασθενών της ΩΡΛ Κλινικής, όπως ασθενείς με τραχειοστομία ή με οξεία αιμορραγία του ανώτερου αναπνευστικού. Η συνεχής παρακολούθηση αυτών των παραμέτρων είναι απαραίτητη για την έγκαιρη ανίχνευση απειλητικών για τη ζωή επιπλοκών και την άμεση ιατρική παρέμβαση.
- Τροφοδοσία: 220V $\pm 10\%$, 50Hz. Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία (Li-Ion ή ισοδύναμη), αυτονομία $\geq 4h$.

3. Ενσωματωμένη πρόβλεψη για τακτοποίηση/οργάνωση καλωδίων.
4. Σύστημα ψύξης που να εξασφαλίζει συνεχή λειτουργία χωρίς υπερθέρμανση.
5. Έγχρωμη οθόνη αφής $\geq 9''$, δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης ≥ 6 κυματομορφών. Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα. Περιβάλλον χρήστη φιλικό, διαθέσιμο σε ελληνικά και αγγλικά.
6. Χειρισμός: Υποχρεωτικά μέσω οθόνης αφής. Επιπλέον, τουλάχιστον μία ακόμη μέθοδος φυσικού χειρισμού (πλήκτρα, περιστροφικός διακόπτης ή ισοδύναμο). Να διατίθενται κομβία άμεσης πρόσβασης σε βασικές λειτουργίες (π.χ. NIBP).
7. TREND: Αποθήκευση και απεικόνιση τάσεων $\geq 96h$, με γραφική και υπό μορφή πίνακα (tabular trend) και με μέγιστη ανάλυση 1 min.
8. Ανάκληση ιστορικού αρρυθμιών και alarms τουλάχιστον 50 εγγραφές.
9. Το monitor να διαθέτει πλήρες σύστημα οπτικοακουστικών συναγερμών για όλες τις παραμέτρους, με δυνατότητα παραμετροποίησης.

- Ρύθμιση ανώτερων/κατώτερων ορίων.
- Σαφής οπτική ένδειξη συναγερμού (π.χ. LED ή ισοδύναμο), ορατή από απόσταση και σε θορυβώδες περιβάλλον.
- Η οπτική ειδοποίηση να παραμένει μέχρι την αποκατάσταση ή βεβαίωση.

10. Λειτουργία παγώματος κυματομορφών (freeze) με επισκόπηση ≥ 2 λεπτών.

11. Δυνατότητα καταχώρισης βασικών δημογραφικών/κλινικών στοιχείων ασθενούς

12. Προαιρετικά, ενσωματωμένο θερμικό καταγραφικό (≥ 3 καναλιών) για εκτύπωση κυματομορφών και παραμέτρων.

- Υποστήριξη συνεχούς/στιγμιαίας εκτύπωσης, αυτόματης/χειροκίνητης, με εύκολη αλλαγή χαρτιού.
- Δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό εκτυπωτή μέσω USB ή δικτύου, για εκτύπωση αναφορών σε A4.

13. Να παρέχεται επιλογή επιτοίχιας ή τροχήλατης βάσης.

14. Το monitor να υποστηρίζει πλήρη και ταυτόχρονη παρακολούθηση, απεικόνιση και καταγραφή των παρακάτω ζωτικών παραμέτρων:

- Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG)
- Αναίμακτη αρτηριακή πίεση (NIBP)
- Οξυμετρία (SpO_2)
- Θερμοκρασία (TEMP)

A. Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG Monitoring)

Το monitor να υποστηρίζει πλήρη ανάλυση, καταγραφή και αναγνώριση αρρυθμιών με τις ακόλουθες δυνατότητες:

1. Συμβατότητα με καλώδια ECG

- Υποστήριξη 3-πολικών και 5-πολικών καλωδίων.
- Αυτόματη αναγνώριση του τύπου καλωδίου.
- Τα καλώδια πέραν του βασικού να διατίθενται προαιρετικά.

2. Απεικόνιση πολλαπλών απαγωγών

- Με χρήση 5-πολικού καλωδίου, να υποστηρίζεται ταυτόχρονη απεικόνιση ≥ 7 απαγωγών στην οθόνη.

3. Ευαισθησία κυματομορφών (Gain)

- Ρυθμιζόμενη ευαισθησία.
- Αυτόματη προσαρμογή (autogain).

4. Ταχύτητα απεικόνισης (Sweep speed)

- Υποστήριξη ≥ 4 επιπέδων, ενδεικτικά 6.25, 12.5, 25, 50 mm/sec.

5. Παρακολούθηση αναπνοής από ECG

- Εμφάνιση κυματομορφής και τιμής RR.
- Συναγερμός άπνοιας με ρυθμιζόμενο κατώφλι.

6. Ανάλυση ST segment

- ST analysis σε όλες τις διαθέσιμες απαγωγές.
- Συναγερμός ST με δυνατότητα ρύθμισης reference point.

7. Ανίχνευση αρρυθμιών και βηματοδότη

- Αναγνώριση βασικών αρρυθμιών (Asystole, VF/VT, Brady, Tachy, AF, PVCs, Pauses).
- Ανίχνευση παλμών βηματοδότη.

8. Διασφάλιση συνεχούς παρακολούθησης

- Σε περίπτωση αποσύνδεσης απαγωγής, να υποστηρίζεται λειτουργία αυτόματης μετάπτωσης σε εναλλακτική απαγωγή ή ισοδύναμη τεχνολογία που διασφαλίζει αδιάλειπτη παρακολούθηση.

9. Φίλτρα παρεμβολών

- Φίλτρο καταστολής παρεμβολών από διαθερμία (ESU filter), χωρίς παραμόρφωση κυματομορφής.

B. Αναίμακτη Αρτηριακή Πίεση (NIBP)

Το monitor να υποστηρίζει αναίμακτη μέτρηση αρτηριακής πίεσης με υψηλή ακρίβεια, σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

1. Τρόπος και προγραμματισμός μέτρησης

- Μέτρηση μέσω ταλαντωσυμμετρικής μεθόδου (oscillometric method).
- Υποστήριξη:
 - Χειροκίνητης μέτρησης (on-demand).
 - Αυτόματης μέτρησης, με δυνατότητα προγραμματισμού διαστήματος ενδεικτικά 1–120 λεπτών ή και παραπάνω.
 - Συνεχούς λειτουργίας (stat mode) ≥ 5 λεπτών, με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις.

2. Λογισμικό ανάλυσης & στατιστικά NIBP

- Απεικόνιση και αποθήκευση των τελευταίων μετρήσεων.
- Επιθυμητό: ενσωματωμένο λογισμικό στατιστικής επεξεργασίας για ≥ 24 h.

3. Απεικόνιση τιμών πίεσης

- Εμφάνιση στην οθόνη των τιμών SYS, DIA, MAP.
- Συνοδεύονται από χρονική ένδειξη.
- Να εμφανίζονται ταυτόχρονα με τις υπόλοιπες παραμέτρους.

4. Περιχειρίδα και εξαρτήματα

- Το monitor να παραδίδεται με περιχειρίδα ενηλίκων και σωλήνα σύνδεσης.
- Δυνατότητα χρήσης περιχειρίδων διαφόρων μεγεθών (νεογνικό, παιδιατρικό, large adult, thigh).
- Τα επιπλέον μεγέθη να διατίθενται προαιρετικά.

Γ. Οξυμετρία (SpO₂ Monitoring)

Το monitor να υποστηρίζει συνεχή, μη επεμβατική μέτρηση κορεσμού οξυαιμοσφαιρίνης (SpO₂) με υψηλή αξιοπιστία και απόδοση σε συνθήκες κλινικής πρόκλησης, ως εξής:

1. Απεικόνιση

- Πραγματικός χρόνος απεικόνισης κυματομορφής (plethysmographic waveform) και αριθμητικής τιμής SpO₂.
- Εμφάνιση **Pulse Rate (PR)**.

2. Ποιότητα σήματος & ρυθμίσεις

- Ένδειξη ποιότητας σήματος/αιμάτωσης (π.χ. ράβδος ή αριθμητικός δείκτης), ορατή στην οθόνη.
- Ρυθμιζόμενος χρόνος εξομάλυνσης/μέσου όρου (averaging time) για προσαρμογή σε κίνηση ή σταθερότητα.

3. Διαχείριση συναγερμών και παρεμβολών

- Υποστήριξη προσαρμοστικού χειρισμού συναγερμών SpO₂ κατά τη διάρκεια γνωστών πηγών παρεμβολής (π.χ. κύκλος NIBP στο ίδιο άκρο), με σαφή οπτική ένδειξη και αυτόματη επαναφορά, σύμφωνα με τις αρχές της IEC 60601-1-8.
- Ρυθμιζόμενα όρια συναγερμών SpO₂ και PR.

4. Απόδοση & συμμόρφωση

- Εύρος μέτρησης SpO₂: 0–100%.
- **Τυπική ακρίβεια:** $\pm 2\%$ (70–100% SaO₂) ή ισοδύναμη, σύμφωνα με IEC/ISO 80601-2-61 ή νεότερο/ισοδύναμο πρότυπο.
- Απόδοση σε κίνηση και χαμηλή αιμάτωση τεκμηριωμένη βάσει IEC/ISO 80601-2-61 ή ισοδύναμου.

5. Αισθητήρες & εξαρτήματα

- Παράδοση με επαναχρησιμοποιούμενο αισθητήρα δακτύλου ενηλίκων (reusable).
- Υποστήριξη εναλλακτικών αισθητήρων (νεογνικοί, παιδιατρικοί, επαναχρησιμοποιούμενοι/αναλώσιμοι).
- Αποδοχή **γνήσιων ή πιστοποιημένα συμβατών** αισθητήρων/καλωδίων με τεκμηριωμένη ηλεκτρική/μηχανική συμβατότητα και συμμόρφωση (IEC/ISO, ISO 10993 για βιοσυμβατότητα).

Δ. Θερμοκρασία (Temperature Monitoring)

1. **Λειτουργία & ΔΤ:** Να υποστηρίζεται μέτρηση θερμοκρασίας. **Επιθυμητή** δυνατότητα ταυτόχρονης μέτρησης από δύο σημεία με αυτόματη απεικόνιση ΔΤ.

2. Σημεία μέτρησης:

- Δέρμα (surface) με επαναχρησιμοποιούμενο αισθητήρα.
 - **Προαιρετικά:** core temp (οισοφάγος ή ορθό) με κατάλληλο αισθητήρα.
3. **Τεχνικά:** Ανάλυση $\leq 0,1^{\circ}\text{C}$. Ακρίβεια σύμφωνα με ISO 80601-2-56 ή ισοδύναμο/νεότερο. Εύρος $0-50^{\circ}\text{C}$.
4. **Αισθητήρες/συμβατότητα:** Παράδοση με surface αισθητήρα ενηλίκων. Υποστήριξη εναλλακτικών (παιδιατρικοί/νεογνικοί, επαναχρησιμοποιούμενοι/αναλώσιμοι), γνήσιοι ή/και πιστοποιημένα συμβατοί με τεκμηριωμένη συμμόρφωση (π.χ. ISO 10993).

15. Εγγύηση ≥ 2 έτη. Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών ≥ 7 έτη με έγγραφη δήλωση κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή άλλου νόμιμα αναγνωρισμένου φορέα.

16. Ο προμηθευτής να διαθέτει τεχνική κατάρτιση και δυνατότητα υποστήριξης. Να κατατεθεί βεβαίωση εκπαίδευσης ή εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή, τον επίσημο αντιπρόσωπό του ή άλλο φορέα που αναγνωρίζει ο κατασκευαστής.

17. Το προϊόν να φέρει CE. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά **ISO 13485**.

18. Υποχρεωτικό φύλλο συμμόρφωσης με σαφείς παραπομπές (σελίδα, ενότητα, παράγραφος) σε επίσημα έγγραφα. Η μη ύπαρξη ή ασάφεια συνιστά λόγο απόρριψης.

19. Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει πιστοποιήσεις συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, τα οποία να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις για την διακίνηση, τεχνική υποστήριξη και ασφαλή διαχείριση ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Συγκεκριμένα:

- ISO 9001: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τη διασφάλιση ποιότητας στις λειτουργίες και υπηρεσίες του προμηθευτή.
- ISO 13485: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα, το οποίο να καλύπτει τις απαιτήσεις για τη διακίνηση και τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού ιατρικής χρήσης.

Ο προμηθευτής να πληροί πλήρως τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04, η οποία αφορά την ασφάλεια και ποιότητα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης τους με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

- Ο προμηθευτής να είναι ενταγμένος σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Εξοπλισμών (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με τον Ν. 4819/2021 και την Υ.Α. Η.Π. 23615/651/Ε.103, όπως ισχύουν, για την υπεύθυνη διαχείριση και ανακύκλωση των προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους.
- Επιπλέον, ο προμηθευτής να είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Ο.ΑΝ.), σύμφωνα με τη ΥΑ οικ. 181504/2016 – ΦΕΚ 2454/Β/2016 (όπως τροποποιηθείσα ισχύει). Η εγγραφή στο μητρώο θα αποδεικνύει τη συμμόρφωση του προμηθευτή με τις απαιτήσεις του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συσκευασιών.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και έγγραφα τεκμηρίωσης που αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή του με τα παραπάνω πρότυπα και νομοθετικές απαιτήσεις, μαζί με την προσφορά του.

Επίσης, να παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της εγκυρότητας των πιστοποιητικών αυτών καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

- ο Η πλήρης συμμόρφωση με τα παραπάνω πιστοποιητικά και πρότυπα θα επιβεβαιώνεται μέσω ανεξάρτητης επιθεώρησης και αξιολόγησης από διαπιστευμένο φορέα, που θα εκδίδει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και εκθέσεις συμμόρφωσης.

20. Τμήμα τεχνικής υποστήριξης με πιστοποιημένο προσωπικό, ανταπόκριση $\leq 48h$.

21. Σε περίπτωση αλλαγής εμπορικής σχέσης, ο κατασκευαστής ή εξουσιοδοτημένος φορέας να διασφαλίζει συνέχιση ανταλλακτικών & υποστήριξης.

22. Εκπαίδευση χρηστών (ιατροί, τεχνολόγοι, τεχνικοί) στην ελληνική γλώσσα, χωρίς κόστος, με δυνατότητα επανάληψης εντός εγγύησης.

23. Όλα τα εγχειρίδια & υλικό εκπαίδευσης στην ελληνική.

24. Παράδοση πλήρους τεχνικής τεκμηρίωσης στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας για καταχώρηση στο μητρώο.

25. Παράδοση τεκμηριωμένου προγράμματος προληπτικής συντήρησης και περιοδικού τεχνικού ελέγχου, σύμφωνα με οδηγίες κατασκευαστή και πρότυπα.

-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-

Ενός (1) φορητού μόνιτορ ζωτικών παραμέτρων για την Χειρουργική Κλινική, συνολικού προϋπολογισμού 6.000 ευρώ + ΦΠΑ

1. Το προσφερόμενο μόνιτορ θα προορίζεται για χρήση στη Χειρουργική Κλινική, για την άμεση και ασφαλή παρακολούθηση ζωτικών λειτουργιών (καρδιακού ρυθμού, αρτηριακής πίεσης, κορεσμού οξυγόνου, καρδιογραφήματος) σε ασθενείς προ και μετεγχειρητικά, καθώς και σε επείγουσες καταστάσεις (π.χ. αιμορραγία, σπητικό σοκ, αναπνευστική δυσχέρεια). Η συνεχής παρακολούθηση των παραμέτρων αυτών είναι απαραίτητη για την έγκαιρη ανίχνευση απειλητικών για τη ζωή επιπλοκών και την άμεση ιατρική παρέμβαση.
2. Τροφοδοσία: 220V $\pm 10\%$, 50Hz. Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία (Li-Ion ή ισοδύναμη), αυτονομία $\geq 4h$. Επιθυμητή η δυνατότητα επιλογής ή αναβάθμισης σε $\geq 8h$. Αυτόματη εναλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας.
3. Ενσωματωμένη πρόβλεψη για τακτοποίηση/οργάνωση καλωδίων.
4. Σύστημα ψύξης που να εξασφαλίζει συνεχή λειτουργία χωρίς υπερθέρμανση.
5. Έγχρωμη οθόνη αφής $\geq 9''$, δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης ≥ 6 κυματομορφών (επιθυμητή επέκταση σε ≥ 8). Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα. Περιβάλλον χρήστη φιλικό, διαθέσιμο σε ελληνικά και αγγλικά.
6. Δυνατότητα large font display για κύριες παραμέτρους.
7. Χειρισμός: Υποχρεωτικά μέσω οθόνης αφής. Επιπλέον, τουλάχιστον μία ακόμη μέθοδος φυσικού χειρισμού (πλήκτρα, περιστροφικός διακόπτης ή ισοδύναμο). Να διατίθενται κομβία άμεσης πρόσβασης σε βασικές λειτουργίες (π.χ. NIBP, Alarm Mute).
8. TREND: Αποθήκευση και απεικόνιση τάσεων $\geq 48h$ (επιθυμητό $\geq 72h$), με γραφική και υπό μορφή πίνακα (tabular trend), ανάλυση $\geq 1 \text{ min}$.
9. Ανάκληση ιστορικού αρρυθμιών και alarms (τουλάχιστον 50 εγγραφές, επιθυμητά ≥ 100).

10. Το monitor να διαθέτει μνήμη trends διάρκειας ≥ 96 ωρών (επιθυμητό ≥ 120 h), με δυνατότητα επέκτασης μέσω λογισμικού ή/και διασύνδεσης με κεντρικό σταθμό.
11. Το monitor να διαθέτει πλήρες σύστημα οπτικοακουστικών συναγερμών για όλες τις παραμέτρους, με δυνατότητα παραμετροποίησης.
- Ρύθμιση ανώτερων/κατώτερων ορίων.
 - Σαφής οπτική ένδειξη συναγερμού (π.χ. LED ή ισοδύναμο), ορατή από απόσταση και σε θορυβώδες περιβάλλον.
 - Η οπτική ειδοποίηση να παραμένει μέχρι την αποκατάσταση ή βεβαίωση.
12. Λειτουργία παγώματος κυματομορφών (freeze) με επισκόπηση ≥ 2 λεπτών.
13. Δυνατότητα καταχώρισης βασικών δημογραφικών/κλινικών στοιχείων ασθενούς.
14. Δυνατότητα επικοινωνίας με κεντρικό σταθμό παρακολούθησης για real-time μετάδοση δεδομένων (παραμέτροι, κυματομορφές, alarms, trends).
- Υποχρεωτικά μέσω ενσύρματης θύρας Ethernet (LAN), με συμβατότητα IP και ασφαλή πρωτόκολλα.
 - Προαιρετικά, υποστήριξη ασύρματης επικοινωνίας μέσω προτύπων Wi-Fi (π.χ. IEEE 802.11 ή νεότερα).
 - Αυτόματη αναγνώριση/σύνδεση εντός ίδιου δικτύου.
15. Δυνατότητα προβολής σε εξωτερική οθόνη μέσω θύρας video out ή ισοδύναμης τεχνολογίας (HDMI, DisplayPort ή ασύρματη μετάδοση).
16. Προαιρετικά, ενσωματωμένο θερμικό καταγραφικό (≥ 3 καναλιών) για εκτύπωση κυματομορφών και παραμέτρων.
- Υποστήριξη συνεχούς/στιγμιαίας εκτύπωσης, αυτόματης/χειροκίνητης, με εύκολη αλλαγή χαρτιού.
 - Δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό εκτυπωτή μέσω USB ή δικτύου, για εκτύπωση αναφορών σε A4.
17. Να παρέχεται επιλογή επιτοίχιας ή τροχήλατης βάσης, πιστοποιημένης από τον κατασκευαστή/προμηθευτή, με ασφαλή στήριξη και εργονομία.
18. Το monitor να υποστηρίζει πλήρη και ταυτόχρονη παρακολούθηση, απεικόνιση και καταγραφή των παρακάτω ζωτικών παραμέτρων:
- Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG)
 - Αναίμακτη αρτηριακή πίεση (NIBP)
 - Οξυμετρία (SpO₂)
 - Θερμοκρασία (TEMP)
 - Αιματηρή πίεση (IBP)
19. Το monitor να υποστηρίζει δυνατότητα παρακολούθησης αιματηρής πίεσης (IBP):
- Η βασική έκδοση να διαθέτει τουλάχιστο 1 κανάλι IBP.
 - Επιθυμητή η επιλογή έκδοσης με ≥ 2 ανεξάρτητα κανάλια.
 - Κάθε κανάλι να παραμετροποιείται από τον χρήστη για ART, CVP, PAP, ICP ή άλλες εφαρμογές.
 - Να υποστηρίζεται μηδενισμός (zeroing), κλίμακα (scale), απεικόνιση κυματομορφής και τιμών (Systolic / Diastolic / Mean mmHg), καθώς και alarms με ρυθμιζόμενα όρια.

A. Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG Monitoring)

Το monitor να υποστηρίζει πλήρη ανάλυση, καταγραφή και αναγνώριση αρρυθμιών με τις ακόλουθες δυνατότητες:

1. Συμβατότητα με καλώδια ECG

- Υποστήριξη 3-πολικών και 5-πολικών καλωδίων στη βασική έκδοση.
- Αυτόματη αναγνώριση του τύπου καλωδίου.
- Δυνατότητα επέκτασης σε ≥ 12 απαγωγές μέσω κατάλληλου καλωδίου (π.χ. 6-πολικό, 10-πολικό ή ισοδύναμο).
- Τα καλώδια πέραν του βασικού να διατίθενται προαιρετικά.

2. Απεικόνιση πολλαπλών απαγωγών

- Με χρήση 5-πολικού καλωδίου, να υποστηρίζεται ταυτόχρονη απεικόνιση ≥ 7 απαγωγών στην οθόνη.

3. Ευαισθησία κυματομορφών (Gain)

- Ρυθμιζόμενη ευαισθησία.
- Αυτόματη προσαρμογή (autogain).

4. Ταχύτητα απεικόνισης (Sweep speed)

- Υποστήριξη ≥ 4 επιπέδων, ενδεικτικά 6.25, 12.5, 25, 50 mm/sec.

5. Παρακολούθηση αναπνοής από ECG

- Εμφάνιση κυματομορφής και τιμής RR.
- Συναγερμός άπνοιας με ρυθμιζόμενο κατώφλι.

6. Ανάλυση ST segment

- ST analysis σε όλες τις διαθέσιμες απαγωγές.
- Συναγερμός ST με δυνατότητα ρύθμισης reference point.

7. Ανίχνευση αρρυθμιών και βηματοδότη

- Αναγνώριση βασικών αρρυθμιών (Asystole, VF/VT, Brady, Tachy, AF, PVCs, Pauses).
- Ανίχνευση παλμών βηματοδότη.

8. Διασφάλιση συνεχούς παρακολούθησης

- Σε περίπτωση αποσύνδεσης απαγωγής, να υποστηρίζεται λειτουργία αυτόματης μετάπτωσης σε εναλλακτική απαγωγή ή ισοδύναμη τεχνολογία που διασφαλίζει αδιάλειπτη παρακολούθηση.

9. Φίλτρα παρεμβολών

- Φίλτρο καταστολής παρεμβολών από διαθερμία (ESU filter), χωρίς παραμόρφωση κυματομορφής.

10. Εξαρτήματα ECG

- Να παραδίδεται με 5-πολικό καλώδιο ECG.
- Να προσφέρεται προαιρετικά 3-πολικό καλώδιο.

B. Αναίμακτη Αρτηριακή Πίεση (NIBP)

Το monitor να υποστηρίζει αναίμακτη μέτρηση αρτηριακής πίεσης με υψηλή ακρίβεια, σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

1. Τρόπος και προγραμματισμός μέτρησης

- Μέτρηση μέσω ταλαντωσυμμετρικής μεθόδου (oscillometric method).
- Υποστήριξη:
 - Χειροκίνητης μέτρησης (on-demand).
 - Αυτόματης μέτρησης, με δυνατότητα προγραμματισμού διαστήματος 1–480 λεπτών.
 - Συνεχούς λειτουργίας (stat mode) ≥ 5 λεπτών, με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις.

2. Λογισμικό ανάλυσης & στατιστικά NIBP

- Απεικόνιση και αποθήκευση των τελευταίων μετρήσεων.
- Επιθυμητό: ενσωματωμένο λογισμικό στατιστικής επεξεργασίας για ≥ 24 h.

3. Απεικόνιση τιμών πίεσης

- Εμφάνιση στην οθόνη των τιμών SYS, DIA, MAP.
- Συνοδεύονται από χρονική ένδειξη.
- Να εμφανίζονται ταυτόχρονα με τις υπόλοιπες παραμέτρους.

4. Περιχειρίδα και εξαρτήματα

- Το monitor να παραδίδεται με περιχειρίδα ενηλίκων και σωλήνα σύνδεσης.
- Δυνατότητα χρήσης περιχειρίδων διαφόρων μεγεθών (large adult, thigh).
- Τα επιπλέον μεγέθη να διατίθενται προαιρετικά.

Γ. Οξυμετρία (SpO₂ Monitoring)

Το monitor να υποστηρίζει συνεχή, μη επεμβατική μέτρηση κορεσμού οξυαιμοσφαιρίνης (SpO₂) με υψηλή αξιοπιστία και απόδοση σε συνθήκες κλινικής πρόκλησης, ως εξής:

1. Απεικόνιση

- Πραγματικός χρόνος απεικόνισης κυματομορφής (plethysmographic waveform) και αριθμητικής τιμής SpO₂.
- Εμφάνιση **Pulse Rate (PR)**.

2. Ποιότητα σήματος & ρυθμίσεις

- Ένδειξη ποιότητας σήματος/αιμάτωσης (π.χ. ράβδος ή αριθμητικός δείκτης), ορατή στην οθόνη.
- Ρυθμιζόμενος χρόνος εξομάλυνσης/μέσου όρου (averaging time) για προσαρμογή σε κίνηση ή σταθερότητα.

3. Διαχείριση συναγερμών και παρεμβολών

- Υποστήριξη προσαρμοστικού χειρισμού συναγερμών SpO₂ κατά τη διάρκεια γνωστών πηγών παρεμβολής (π.χ. κύκλος NIBP στο ίδιο άκρο), με σαφή οπτική ένδειξη και αυτόματη επαναφορά, σύμφωνα με τις αρχές της IEC 60601-1-8.
- Ρυθμιζόμενα όρια συναγερμών SpO₂ και PR.

4. Απόδοση & συμμόρφωση

- Εύρος μέτρησης SpO₂: 0–100%.
- **Τυπική ακρίβεια:** ±2% (70–100% SaO₂) ή ισοδύναμη, σύμφωνα με IEC/ISO 80601-2-61 ή νεότερο/ισοδύναμο πρότυπο.
- Απόδοση σε κίνηση και χαμηλή αιμάτωση τεκμηριωμένη βάσει IEC/ISO 80601-2-61 ή ισοδύναμου.

5. Αισθητήρες & εξαρτήματα

- Παράδοση με επαναχρησιμοποιούμενο αισθητήρα δακτύλου ενηλίκων (reusable).
- Υποστήριξη εναλλακτικών αισθητήρων (νεογνικοί, παιδιατρικοί, επαναχρησιμοποιούμενοι/αναλώσιμοι).
- Αποδοχή **γνήσιων ή πιστοποιημένα συμβατών** αισθητήρων/καλωδίων με τεκμηριωμένη ηλεκτρική/μηχανική συμβατότητα και συμμόρφωση (IEC/ISO, ISO 10993 για βιοσυμβατότητα).

Δ. Θερμοκρασία (Temperature Monitoring)

1. **Λειτουργία & ΔΤ:** Να υποστηρίζεται μέτρηση θερμοκρασίας. **Επιθυμητή** δυνατότητα ταυτόχρονης μέτρησης από δύο σημεία με αυτόματη απεικόνιση ΔΤ.
2. **Σημεία μέτρησης:**
 - Δέρμα (surface) με επαναχρησιμοποιούμενο αισθητήρα.
 - **Προαιρετικά:** core temp (οισοφάγος ή ορθό) με κατάλληλο αισθητήρα.
3. **Τεχνικά:** Ανάλυση ≤0,1°C. Ακρίβεια σύμφωνα με ISO 80601-2-56 ή ισοδύναμο/νεότερο. Εύρος 0–50°C.
4. **Αισθητήρες/συμβατότητα:** Παράδοση με surface αισθητήρα ενηλίκων.

20. Εγγύηση ≥2 έτη. Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών ≥7 έτη με έγγραφη δήλωση κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή άλλου νόμιμα αναγνωρισμένου φορέα.

21. Ο προμηθευτής να διαθέτει τεχνική κατάρτιση και δυνατότητα υποστήριξης. Να κατατεθεί βεβαίωση εκπαίδευσης ή εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή, τον επίσημο αντιπρόσωπό του ή άλλο φορέα που αναγνωρίζει ο κατασκευαστής.

22. Το προϊόν να φέρει CE. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά **ISO 13485**.

23. Υποχρεωτικό φύλλο συμμόρφωσης με σαφείς παραπομπές (σελίδα, ενότητα, παράγραφος) σε επίσημα έγγραφα. Η μη ύπαρξη ή ασάφεια συνιστά λόγο απόρριψης.

24. Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει πιστοποιήσεις συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, τα οποία να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις για την διακίνηση, τεχνική υποστήριξη και ασφαλή διαχείριση ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Συγκεκριμένα:

- ISO 9001: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για τη διασφάλιση ποιότητας στις λειτουργίες και υπηρεσίες του προμηθευτή.
- ISO 13485: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα, το οποίο να καλύπτει τις απαιτήσεις για τη διακίνηση και τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού ιατρικής χρήσης.

Ο προμηθευτής να πληροί πλήρως τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04, η οποία αφορά την ασφάλεια και ποιότητα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης τους με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

- ο Ο προμηθευτής να είναι ενταγμένος σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Εξοπλισμών (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με τον Ν. 4819/2021 και την Υ.Α. Η.Π. 23615/651/Ε.103, όπως ισχύουν, για την υπεύθυνη διαχείριση και ανακύκλωση των προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους.
- ο Επιπλέον, ο προμηθευτής να είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Ο.ΑΝ.), σύμφωνα με τη ΥΑ οικ. 181504/2016 – ΦΕΚ 2454/Β/2016 (όπως τροποποιηθείσα ισχύει). Η εγγραφή στο μητρώο θα αποδεικνύει τη συμμόρφωση του προμηθευτή με τις απαιτήσεις του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συσκευασιών.
- ο Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και έγγραφα τεκμηρίωσης που αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή του με τα παραπάνω πρότυπα και νομοθετικές απαιτήσεις, μαζί με την προσφορά του. Επίσης, να παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της εγκυρότητας των πιστοποιητικών αυτών καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
- ο Η πλήρης συμμόρφωση με τα παραπάνω πιστοποιητικά και πρότυπα θα επιβεβαιώνεται μέσω ανεξάρτητης επιθεώρησης και αξιολόγησης από διαπιστευμένο φορέα, που θα εκδίδει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και εκθέσεις συμμόρφωσης.

25. Τμήμα τεχνικής υποστήριξης με πιστοποιημένο προσωπικό, ανταπόκριση ≤48h.

26. Σε περίπτωση αλλαγής εμπορικής σχέσης, ο κατασκευαστής ή εξουσιοδοτημένος φορέας να διασφαλίζει συνέχιση ανταλλακτικών & υποστήριξης.

27. Εκπαίδευση χρηστών (ιατροί, τεχνολόγοι, τεχνικοί) στην ελληνική γλώσσα, χωρίς κόστος, με δυνατότητα επανάληψης εντός εγγύησης.

28. Όλα τα εγχειρίδια & υλικό εκπαίδευσης στην ελληνική.

29. Παράδοση πλήρους τεχνικής τεκμηρίωσης στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας για καταχώρηση στο μητρώο.

30. Παράδοση τεκμηριωμένου προγράμματος προληπτικής συντήρησης και περιοδικού τεχνικού ελέγχου, σύμφωνα με οδηγίες κατασκευαστή και πρότυπα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών – Κατάρτιση και περιεχόμενο προσφορών

1.1. Οι ενδιαφερόμενοι, για να συμμετάσχουν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πρέπει να υποβάλουν εμπρόθεσμα την προσφορά τους, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται, από την παρούσα πρόσκληση. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με το Ν 4412/2016 .

1.2. Οι προσφορές, μπορούν να αποστέλλονται στο Νοσοκομείο με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι τη λήξη της καθοριζόμενης από την πρόσκληση προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη από την πρόσκληση ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Επισήμανση: α) Το voucher των εταιρειών courier, δεν αποτελεί αποδεικτικό εμπρόθεσμης κατάθεσης προσφοράς, ως εκ τούτου οι προσφορές, που δεν θα περιέρχονται σε φυσική μορφή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Β) Προτείνεται η σελιδαρίθμηση του κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και των δικαιολογητικών συμμετοχής, προς διευκόλυνση της επιτροπής αξιολόγησης και βέλτιστο έλεγχο.

1.3. Οι προσφορές θα υποβάλλονται συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) αντίγραφα, και μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:

1.3.1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.

1.3.2. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.

1.3.3. Ο αριθμός της πρόσκλησης.

1.3.4. Η ημερομηνία διενέργειας της πρόσκλησης.

1.3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.4. Οι προσφορές υπογράφονται από τον προσφέροντα ή τον τυχόν ορισθέντα αντιπρόσωπό του. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η προσφορά υπογράφεται από κάθε μέλος της ή, διαφορετικά, από τον τυχόν ορισθέντα εκπρόσωπό τους.

1.5. Μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:

1.5.1. Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής εις διπλούν (σε κλειστό φάκελο πρωτότυπα ή αντίγραφα με την ένδειξη πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής και φωτοτυπία αυτών, με την ένδειξη αντίγραφα δικαιολογητικών συμμετοχής)

1.5.2. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος να περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς εις διπλούν (πρωτότυπα ή αντίγραφα με την ένδειξη τεχνική περιγραφή πρωτότυπο και φωτοτυπία αυτών, με την ένδειξη τεχνική προσφορά αντίγραφο)

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

1.5.3. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εις διπλούν (πρωτότυπη με την ένδειξη οικονομική προσφορά πρωτότυπη και φωτοτυπία αυτής με την ένδειξη οικονομική προσφορά αντίγραφο), στον οποίο τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Πιο συγκεκριμένα:

- α. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη, σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα πρόσκληση.
- β. Οι τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, κόστος εκτελωνισμού, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
- γ. Σε περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών, που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχητή, ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής :

1)Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο Υποψήφιος θα δηλώνει:

* Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση

* Ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης

2)Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία (Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου) **μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας της πρόσκλησης.**

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 180 ημέρες, από την ημερομηνία διενέργειας της πρόσκλησης.

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, **με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα, θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.**

Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως, ότι τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της πρόσκλησης. Το δε αποδεικτικό αποστολής, θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς, με τα τεχνικά στοιχεία.

Τα προσφερόμενα είδη, πρέπει να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Η αποσφράγιση των προσφορών, τεχνική και οικονομική, θα γίνει ενώπιον της επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών σε ένα στάδιο.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. Επίσης, απορρίπτονται σαν απαράδεκτες, προσφορές για μέρος της ποσότητας που προκηρύχθηκε, καθώς και προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την πρόσκληση.

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός και η τιμή του παρατηρητηρίου τιμών, σύμφωνα με τον Ν. 4052/2012 αρ.14 παρ.7 περί σύγκρισης των τιμών των οικονομικών προσφορών, με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, όπως καταγράφονται κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής προσφορών ανά πρόσκληση.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει για κάποιο είδος κωδικός παρατηρητηρίου τιμών, θα πρέπει να αναφέρεται με υπεύθυνη δήλωση από τον προμηθευτή.

Τιμή ανώτερη από αυτή του παρατηρητηρίου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση απόκρουση όρου της πρόσκλησης ή της προσφοράς, δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο.

Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από κεντρική αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν .

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται για την παρούσα πρόσκληση.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί εντός είκοσι (20) ημερών από την ανακοίνωση στον ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής απόφασης .

ΧΡΟΝΟΣ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρ. 2000 του Ν 4412/2016

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν 4412/2016, ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν προκύψει στο Νοσοκομείο κ.λπ., από την εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ '

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 2 του Ν 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται, υποβάλλει σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης » τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους –μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκαταστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από τον οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στην παρ.1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016, όπως δηλώθηκε σχετικά κατά την υποβολή της προσφοράς με υπεύθυνη δήλωση.

β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, άλλο ισοδύναμο έγγραφο, προσκομίζεται, για τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ή των προσώπων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης απόφασης ή ελέγχου σε αυτόν.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το απόσπασμα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο υποβάλλεται για τον ή τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, ή Ε.Π.Ε., για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους –μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα), και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.

δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους –μέλους ή χώρας, και για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα, πιστοποιητικό από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα ή το ΓΕΜΗ για την περίπτωση της εκκαθάρισης, ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση. Δεν προσκομίζεται από τα φυσικά πρόσωπα πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.

ε) Πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα πιστοποιητικά πρέπει να προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης.

ΥΠΟΛΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΑΡ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... /25

ΣΥΜΒΑΣΗ (ποσού : € με ΦΠΑ)

Για την προμήθεια δύο (2) monitors, για τις ανάγκες των κλινικών Χειρουργικής και Ω.Ρ.Λ του Νοσοκομείου.

Α΄ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ

Χρονολογία κατάρτισης :

Τόπος κατάρτισης :

Στα γραφεία του Κωνσταντοπούλειου - Πατησίων Νοσοκομείου

Ημερομηνία λήξης:

Συμβαλλόμενοι :

1. Ο ΧΡΗΣΤΟΣ Χ. ΤΣΑΜΗΣ, Διοικητής του Κωνσταντοπούλειου – Πατησίων Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας, ΑΦΜ 999275167, Θ. Κωνσταντόπουλου 3 - 5 Νέα Ιωνία Τ.Κ. 14233 e mail: grammateia.dioikisis@konstantopouleio.gr και νόμιμος εκπρόσωπός του, καλούμενος στο εξής «Νοσοκομείο» και

2. Η εταιρεία.....νόμιμα εκπροσωπούμενη από
.....καλούμενη στο εξής «Προμηθευτής»

Β΄ ΟΡΟΙ

Το «Νοσοκομείο» έχοντας υπόψη :

1. Την αριθ. 27/25 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο (2) monitors, για τις ανάγκες των κλινικών Χειρουργικής και Ω.Ρ.Λ του Νοσοκομείου.
2. Την υπ. αριθ. πρωτ.....απόφαση ΔΣ, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος .
3. Την υπ. αριθ. πρωτ.....απόφαση ΔΣ, με την οποία εγκρίθηκαν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

α ν α θ έ τ ε ι

στον «Προμηθευτή» την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 4 της παρούσας με τους παρακάτω όρους:

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παραλαβή των ειδών/υπηρεσιών θα γίνει από επιτροπή που θα ορισθεί από το Νοσοκομείο, σύμφωνα με το Ν 4024/2011 άρθρο 26.

Εφόσον τα παραδοθέντα κριθούν αποδεκτά, η επιτροπή θα συντάξει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Στην περίπτωση που τα παραδοθέντα δεν βρεθούν σύμφωνα με την παραγγελία, η επιτροπή παραλαβής θα συντάξει πρωτόκολλο απόρριψης στο οποίο θα αναφέρει τους λόγους της απόρριψης.

2.Αν ο «Προμηθευτής» παραβεί οποιοδήποτε ουσιώδη κατά την κρίση της υπηρεσίας όρο της σύμβασης, δύναται να του επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/16) και την κείμενη νομοθεσία .

ΑΡΘΡΟ 1° ΠΛΗΡΩΜΗ /ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από την από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή **των ειδών**.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από το νοσοκομείο εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, το νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο .

Για τα νοσοκομεία εφαρμόζεται το άρθρο 5 του Ν 2955/01

Για την εξόφληση ο «Προμηθευτής» θα προσκομίζει

1.Τιμολόγιο

2.Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Τον «Προμηθευτή» θα βαρύνουν

α) 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ (Ν. 4912/17-3-2022 ΦΕΚ Α59)

β) 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας

γ) Φόρος 4% για προμήθειες και 8% για παροχή υπηρεσιών

(Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία τιμολογίου πλην ΦΠΑ).

ΑΡΘΡΟ 2°

Για ό,τι δεν ρυθμίζεται με την παρούσα σύμβαση, θα ισχύουν οι όροι της αριθ. 27/25 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του «Νοσοκομείου» και η κείμενη σχετική νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 3° ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων, απαγορεύεται στον προμηθευτή να εκχωρήσει τη χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του νοσοκομείου.

Από την απαγόρευση αυτή, εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων, που διέπονται από τις διατάξεις του Ν 1905/90 ΦΕΚ 147/15-11-90 .

Στις περιπτώσεις που εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή, υποχρεούται ο προμηθευτής να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει εισπράξει και είναι εκχωρημένα στις τράπεζες και στις Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων, που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, με τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης. Στην περίπτωση που τα τιμολόγια είναι ενεχυριασμένα, να αναγράφεται η τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα που έχουν ενεχυριασθεί, σε εμφανές σημείο του τιμολογίου.

1. Ο «Προμηθευτής» δηλώνει και συνομολογεί ότι έλαβε γνώση όλων των όρων και περιορισμών της σύμβασης αυτής και ότι με βάση αυτούς και μόνο, θα λύνεται κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση και κάθε διένεξη για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία .

Επίσης, συμφωνείται ότι για κάθε τροποποίηση όρου της σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκόλυνσης, παράταση χρόνου εκτέλεσης κ.λπ., δεν μπορούν να αποδειχθούν παρά μόνο έγγραφα και αποκλείεται κάθε άλλο μέσο απόδειξης .

Σε περίπτωση κατά την οποία, ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από κεντρική αναθέτουσα αρχή, οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν.

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε (.....) εργάσιμες ημέρες

ΑΡΘΡΟ 4^ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Χ. ΤΣΑΜΗΣ