




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΑΓ. ΟΛΓΑΣ 3-5, 142 33, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΔΡ. Κ. ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟΥ
email: maieftiki@konstantopouleio.gr
τηλ. 2132057425, 2132057120

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ
ΝΟΣ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 37642
ΗΜ/ΝΙΑ: 24/12/2025



Νέα Ιωνία, 19/12/2025

ΠΡΟΣ: Τμήμα Προμηθειών

ΘΕΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια εξοπλισμού του γυναικολογικού ιατρείου στα νέα ΤΕΠ (εξεταστική γυναικολογική καρέκλα-κλίνη, πηγή φωτισμού, τροχήλατο κάθισμα)

Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 36227 της 15/12/2015 επιστολής του γραφείου προμηθειών, για τον εξοπλισμό του γυναικολογικού ιατρείου των νέων ΤΕΠ η επιτροπή αιτείται την προμήθεια γυναικολογικής εξεταστικής έδρας (Μπουμ) μετά του αντίστοιχου τροχήλατου καθίσματος και της αντίστοιχης πηγής φωτισμού σύμφωνα με τις κάτωθι συνημμένες προδιαγραφές.

Ευχαριστούμε πολύ για τις περαιτέρω ενέργειές σας.

Η Επιτροπή

Λιτός Μιχαήλ, ιατρός Μ/Γ

1^η Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
Dr. ΛΙΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
Α.Μ.ΤΣΑΥ: 088342 - ΑΜΚΑ: 16037201213

Αναστασίου Πέτρος, ιατρός Μ/Γ

1^η Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΣΤΗΝΑΙΟΡΙΑΣ ΧΕΙΡ. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
Α.Μ.ΤΣΑΥ: 84162 - ΑΜΚΑ: 16076400130

Φράγκου Κυριακή, προϊσταμένη Μ/Γ

ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Μ/Γ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

1 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΈΔΡΑ (ΜΠΟΥΜ)

Να διαθέτει ανατομικό στρώμα πάχους τουλάχιστον 9 εκατοστών, ανθεκτικό σε χημικά και απολυμαντικά καθαριστικά.

Να διαθέτει ηλεκτρική ρύθμιση ύψους από 57 έως 87 cm

Να διαθέτει ηλεκτρική ρύθμιση της πλάτης γωνίας τουλάχιστον 80°

Να διαθέτει ηλεκτρική ρύθμιση της πυελικής θέσης γωνίας Trendelenburg έως 30°

Να διαθέτει ηλεκτρική ρύθμιση του τμήματος στήριξης ποδιών έως 90°

Να διαθέτει προσαφαιρούμενα στηρίγματα ποδιών-μηρού [ζεύγος ένα(1)], με ρυθμιζόμενους σφιγκτήρες.

Η επιφάνεια κατάκλισης να είναι μήκους τουλάχιστον 168 cm και να προεκτείνεται μέχρι 185 cm.

Να είναι πλάτους 59 cm και με τις χειρολαβές το συνολικό πλάτος να φτάνει μέχρι 78cm.

Να διαθέτει ποδοδιακόπτη και χειριστήριο για ταυτόχρονη λειτουργία από τον χρήστη

Να διαθέτει ρύθμιση περιστροφής καθίσματος κατά 90° αριστερά και δεξιά

Να διαθέτει λειτουργίες μνήμης ώστε να προσαρμόζεται η καρέκλα εύκολα και γρήγορα στην επιθυμητή θέση εξέτασης. Αφενός να διαθέτει αυτόματη επαναφορά της στην αρχική της θέση και αφετέρου, να δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ρυθμίσει τουλάχιστον 2 θέσεις της επιλογής του.

Να διαθέτει βάση στήριξης για ρολό χαρτί

Αντοχή βάρους 200 κιλά

Βάρος καρέκλας <75 κιλά για εύκολη μετακίνηση.

Να διαθέτει εργοστασιακή εγγύηση ένα έτος.

2 ΠΗΓΗ ΠΛΑΓΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΔΡΑ (ΜΠΟΥΜ)

Να διαθέτει 3 ανεξάρτητα LED για την μείωση της σκίασης καθώς και την ελαχιστοποίηση της θερμότητας

Κάθε λάμπα LED να έχει ενσωματωμένη αντίσταση που να διασφαλίζει την συνεχή λειτουργία του λαμπτήρα, ακόμη και στην περίπτωση δυσλειτουργίας κάποιου LED.

Να παρέχει βαθύ κυλινδρικό φως με εξαιρετικά μειωμένη ακτινοβολία θερμότητας.

Να διαθέτει εύκαμπτο βραχίονα 70cm που λυγίζει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση

Να έχει φωτεινή απόδοση σε απόσταση 50cm: 40.000lux

Να έχει θερμοκρασία χρώματος 5000° Kelvin.

Χρόνος ζωής των LED που φέρει το φως 50.000 ώρες

Κατανάλωση ενέργειας μικρότερη από 10W

Να είναι τοποθετημένος επάνω στο ΜΠΟΥΜ

Να διαθέτει εργοστασιακή εγγύηση ένα έτος

3 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ (ΣΚΑΜΠΩ)

Να διαθέτει βάση καλυμμένη με πλαστικό ABS

Να διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης του ύψους με σύστημα υποβοήθησης gas-spring

Να έχει ελάχιστο ύψος 46cm και μέγιστο ύψος 60cm

Να έχει διάμετρο 38cm

Να αντέχει βάρος έως και 150kg

Να διαθέτει ρόδες με φρένο οι οποίες το ακινητοποιούν ώστε ο χρήστης να μπορεί να σηκώνεται και να κάθεται αποφεύγοντας την ολίσθηση.