

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.ΙΩΝΙΑ 3/8/2026

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ

ΑΡ. ΠΡΩΤ 23820

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΒΙΤ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:213205**7845**

ΠΡΟΣ : Γρ. Προμηθειών

ΘΕΜΑ: Διευκρίνιση σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού 20/26

Σας διευκρινίζω ότι εκ παραδρομής ,ως επιτροπή προδιαγραφών, **για τον διαγωνισμό 20/26** που αφορά την προμήθεια πέντε (5) τροχήλατων αναρροφήσεων δύο θέσεων για τις ανάγκες του Νοσοκομείου , στον όρο 16 :

Να διαθέτει μία ή δύο φιάλες των 1 lit, 2 lit, 3 lit ή των 5 lit ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Επίσης το πώμα των φιαλών να είναι το ίδιο για όλες της φιάλες και να φέρει μηχανικό σύστημα υπερχειλίσης (φλοτέρ). Η φιάλη εκκριμάτων να είναι άθραυστη και διαβαθμισμένη

Αντί να λέει<< Να διαθέτει>> έπρεπε να λέει << Να δέχεται >>

Διευκρινίζεται ότι στον διαγωνισμό αυτόν ΔΕΝ επιθυμεί το Νοσοκομείο μας να αγοράσει επιπλέον κάνιστρα πέρα από αυτά που ήδη προμηθεύεται .