



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Νέα Ιωνία 21/08/2026
Αριθ. Πρωτ 25269

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Θ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 3-5
Ν.ΙΩΝΙΑ 14 233
ΤΜΗΜΑ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Νικολοπούλου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132057879
Email: promkgh2009@gmail.com

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 22/25

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.**
(Αριθμός Πρόσκλησης 22/25)

Έχοντας υπόψη :

- 1.Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/8.8.16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
- 2.Την υπ' αριθμ. **Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021 (Β' 3766/13.08.2021)** «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του Ν.4601/2019» (Α΄44) και την υπ' αριθ. **52445 ΕΞ2023/4-4-2023 (Φ.Ε.Κ. Β'2385)** Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας, με θέμα: «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» (με διορθ. σφαλ. στο Β' 3061), όπως ισχύει.
- 3.Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στην παρούσα, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
- 4.Την αναγκαιότητα σύναψης δημόσιας σύμβασης με Οικονομικό Φορέα ακολουθώντας τις προβλεπόμενες από το υφιστάμενο πλαίσιο διαδικασίες για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής.
- 5.Το υπ αρ.πρ.**8788/21-03-2025** έγγραφο της Δ/ντριας του Οδοντιατρικού Τμήματος του Νοσοκομείου κ. Πολάτου Γ.Αντωνίας
- 6.Το υπ αρ.πρ.**9582/01-04-2025** έγγραφο της Προϊστ.Υπ/νσης Τεχνικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου κ. Μαυρίδου Ειρήνης.
- 7.Την από **22-05-2025 5^η Συν. (Θέμα Α9)** Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου (έγκριση)
8. Η υπ. αρ. πρ. **16709/05-06-2025** Απόφαση Διοικητή (Επιτροπές)
- 9.Το υπ. αρ. **26209/19-09-2025** έγγραφο Τεχνικών Προδιαγραφών.
10. Την υπ αρ. πρ. **27229/30-09-2025** πρόσκληση διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών.
- 11.Το υπ. αρ πρ.**35522/10-12-2025** έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την δημόσια διαβούλευση με τελικές τεχνικές προδιαγραφές.
- 12.Την από **18-02-2026 49η ΤΑΚΤ ΣΥΝ ΘΕΜΑ Α15** απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών
- 13.Την **9ΕΡ2469077-ΗΡΜ** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές, σε ξεχωριστούς φακέλους τα δικαιολογητικά συμμετοχής, η τεχνική και οικονομική προσφορά, για την προμήθεια οδοντιατρικής έδρας για το Οδοντιατρικό Τμήμα του Νοσοκομείου, με προϋπολογισθείσα δαπάνη **20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α**

1.ΤΟΠΟΣ –ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο –Πατησίων (Πρωτόκολλο)	08-09-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 μ.μ	Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων(Αμφιθέατρο)	09-09-2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 μ.μ

2.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΧΟΥΝ :

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

- α)σε κράτος –μέλος της Ένωσης ,
 - β)σε κράτος –μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)
 - γ)σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Παραρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας καθώς και
 - δ)σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
- Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες, δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία, υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία, για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

3.ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η τιμή της προσφοράς, θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, εκτός του αναλογούντος Φ.Π.Α

Οι προσφορές θα ισχύουν για διάστημα 180 ημερών.

Το συμβατικό τίμημα θα επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση νόμιμες κρατήσεις.

Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι εξής :

- α) 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ (Ν. 4912/17-3-2022 ΦΕΚ Α59)
 - β) 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας
 - γ) Φόρος 4% για προμήθειες και 8% για παροχή υπηρεσιών
- (Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία τιμολογίου πλην ΦΠΑ).

Αντίγραφα της διακήρυξης μέσω της ιστοσελίδας του Νοσοκομείου & μέσω του διαδικτυακού τόπου "et.diavgeia.gov.gr "

4.Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής .

4.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ –ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
4.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
4.3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
4.5.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

Γρ Προμηθ

Πρ Οικονομικού

Ο Προϊστ Διοικ/κής Υπ/νσης

Η Προϊστ Διοικ/κής Δνσης

Ο Διοικητής

Α.Νικολοπούλου

Α. Βασιλείου

Δ. Τσαβλής

Δ. Τσατσούλη

Χρήστος Χ. Τσάμης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ	Εκδήλωση ενδιαφέροντος με σφραγισμένες προσφορές
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΚΗΔΜΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ)	Παρασκευή 21-08-2026
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Προμήθεια οδοντιατρικής έδρας για το Οδοντιατρικό Τμήμα του Νοσοκομείου.
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	33141620-2
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Προμήθεια
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ	Τακτικός προϋπολογισμός Νοσοκομείου σε βάρος του ΑΛΕ 31201040000001
ΠΟΣΟΤΗΤΑ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα Β
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ	Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	α) 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ (Ν. 4912/17-3-2022 ΦΕΚ Α59) β) 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας γ) Φόρος 4% για προμήθειες και 8% για παροχή υπηρεσιών (Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία τιμολογίου πλην ΦΠΑ). Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2198/94)	Κατά την πληρωμή παρακρατείτε φόρος εισοδήματος 8% για παροχή υπηρεσιών και 4% για προμήθειες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ

Η οδοντιατρική μονάδα θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω μέρη:

Α. Οδοντιατρική έδρα.

Β. Διάταξη πτυελοδοχείου και πάνελ βοηθού.

Γ. Προβολέα.

Δ. Εργαλειοφόρο τράπεζα (ταμπλέτα).

Ε. Ποδοδιακόπτης

ΣΤ. Μοτέρ χειρουργικής αναρρόφησης με διαχωριστή αμαλγάματος

Α. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ

1. Η έδρα θα πρέπει να λειτουργεί με ηλεκτρομηχανικό σύστημα μέσω κινητήρων σύγχρονης, αθόρυβης και ομαλής λειτουργίας.
2. Να είναι ικανή να ανυψώσει βάρος ασθενή τουλάχιστον 180 κιλών. Τυχόν μεγαλύτερη ικανότητα θα αξιολογηθεί θετικά.
3. Να έχει υποστεί επεξεργασία αντισκωριακής προστασίας, όπως όλα τα μεταλλικά μέρη της έδρας σύμφωνα με το **EN ISO 21530** ή ισοδύναμο.
4. Η τροφοδοσία της έδρας και του μηχανήματος θα πρέπει να γίνεται με 220V και να διαθέτει μετασχηματιστή χαμηλής τάσης μέσω του οποίου να τροφοδοτούνται τα χειριστήρια ελέγχου των κινήσεων της έδρας.
5. Να διαθέτει τρεις (3) τουλάχιστον μνήμες με προγραμματιζόμενες θέσεις εργασίας.
6. Να διαθέτει έναν μόνο βραχίονα (προς την πλευρά του πτυελοδοχείου).
7. Να μπορεί να λάβει θέση έκτακτης ανάγκης, όπου το κεφαλωτό θα είναι χαμηλότερα από το υποπόδιο.
8. Το ταπετσαρισμένο τμήμα της έδρας θα πρέπει να είναι:
 - I. Ανατομικά σχεδιασμένο, ανθεκτικό στις κάμψεις, ανθεκτικό στις τριβές και στα συνήθη απολυμαντικά και καθαριστικά.
 - II. Κατασκευασμένο χωρίς ραφές και πτυχές, με καμπύλες επιφάνειες για να είναι εύκολος ο καθαρισμός του. Η αλλαγή-αντικατάσταση της ταπετσαρίας σε περίπτωση φθοράς της να μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε καθολικά είτε τμηματικά για το κομμάτι που έχει υποστεί φθορά (δηλ. κεφαλωτό, πλάτη ή κάθισμα) επιτόπου στον χώρο λειτουργίας της έδρας, χωρίς να απαιτείται η μεταφορά της σε άλλο χώρο.
9. Το ερεισικέφαλο:
 - I. Να είναι ανεξάρτητο από την πλάτη.
 - II. Οι κινήσεις του να ρυθμίζονται εύκολα, ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται σε ψηλότερους ασθενείς, σε παιδιά αλλά και σε ασθενείς σε αναπηρικό κάθισμα.
- III. Να είναι ανατομικά σχεδιασμένο.
- IV. Να επεκτείνεται προς τα πάνω.
- V. Να έχει δυνατότητα ρύθμισης της γωνίας.
10. Η έδρα θα πρέπει να εκτελεί τις παρακάτω κινήσεις:
 - I. Μεταβολή ύψους: η ελάχιστη διαδρομή να είναι περίπου 40cm.
 - II. Η ελάχιστη απόσταση του πάνω μέρους του καθίσματος από το δάπεδο να είναι περίπου 30-40cm και η μέγιστη απόσταση περίπου 75-85cm.
- III. Μεταβολή κλίσης πλάτης: η κίνηση της πλάτης να γίνεται με σύστημα αντιστάθμισης που ακολουθεί τις κινήσεις του ανθρώπινου σώματος, ώστε η πλάτη και η κεφαλή του να μην παρουσιάζουν το φαινόμενο της ολίσθησης και να παραμένουν στη θέση τους. Η γωνία πλάτης/καθίσματος να κυμαίνεται από 90 έως 180 μοίρες περίπου.
11. Ο έλεγχος των κινήσεων της έδρας να γίνεται από:
 - I. ποδοχειριστήριο,
 - II. χειριστήριο τοποθετημένο στην εργαλειοφόρο τράπεζα (ταμπλέτα),
 - III. χειριστήριο τοποθετημένο στο πάνελ βοηθού.
12. Η έδρα θα πρέπει να διαθέτει διακόπτη ασφαλείας για την πλήρη ακινητοποίηση της όταν τα

κοπτικά είναι σε χρήση και όταν αυτή συναντά κάποιο εμπόδιο στην κίνηση της για αποφυγή ατυχημάτων.

13. Να υπάρχει σύστημα αυτοδιάγνωσης που να ειδοποιεί το χρήστη σε περίπτωση υπερφόρτωσης αλλά και για τη σωστή τοποθέτηση των χειρολαβών στις υποδοχές τους.

14. Να συνοδεύεται από κάθισμα ιατρού.

B. ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΤΥΕΛΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛ ΒΟΗΘΟΥ

Η διάταξη του πτυελοδοχείου και του πάνελ βοηθού θα πρέπει να έχει ως εξής:

- 1.** Να είναι κατάλληλα και εργονομικά τοποθετημένα σε σχέση με την οδοντιατρική έδρα, ώστε ο ασθενής να προσεγγίζει με άνεση και ευκολία στο πτυελοδοχείο.
- 2.** Να υπάρχει θέση για ποτηράκι και να διατίθεται αυτόματη λειτουργία ποτηριού-πτυελοδοχείου ενεργοποιούμενη τόσο από τον πίνακα ελέγχου και χειρισμού από την εργαλειοφόρο τράπεζα όσο και από το χειριστήριο του βοηθού.
- 3.** Η λεκάνη του πτυελοδοχείου να είναι κατασκευασμένη από πορσελάνη ή άλλο υλικό το οποίο να είναι ανθεκτικό και να επιδέχεται σχολαστικό καθαρισμό, απολύμανση και κλιβανισμό, χωρίς τη δημιουργία επιφανειακών αλλοιώσεων.
- 4.** Το πτυελοδοχείο να είναι περιστρεφόμενο και αποσπώμενο και να διαθέτει φίλτρο κατακράτησης στερεών τόσο στην κύρια είσοδο του πτυελοδοχείου όσο και στην είσοδο των αναρροφήσεων.
- 5.** Να υπάρχει σύστημα φιάλης (χωρητικότητας περίπου 2lt) για χρήση και λειτουργία των κοπτικών με απεσταγμένο νερό (για προστασία από συστατικά του νερού του δικτύου). Επίσης, να υπάρχει μεταγωγικός διακόπτης, έτσι ώστε να επιλέγεται είτε το δίκτυο είτε η παροχή από τη φιάλη.
- 6.** Να υπάρχει ειδικό σύστημα απολύμανσης των κοπτικών και προστασίας από λεγεωνέλλα, με υπεροξείδιο του υδρογόνου.
- 7.** Να περιλαμβάνονται μεταλλικά βρυσάκια (για την λεκάνη και το ποτηράκι) που αποσπώνται και αλλάζουν εύκολα από τον χρήστη και που να μπορούν να κλιβανίζονται.
- 8.** Να συνοδεύεται από πάνελ βοηθού πάνω στο οποίο θα υπάρχουν προεγκατεστημένα τα εξής:
 - I.** Δύο γραμμές χειρουργικής αναρρόφησης μικρής και μεγάλης διαμέτρου, (ένα 11cm και ένα 16cm περίπου), με ρυθμιζόμενα άκρα για την ρύθμιση της αναρροφητικής ισχύος από τον χειριστή. Το ένα εκ των δύο άκρων να συνοδεύεται απαραίτητα από ειδικό σφαιρικό αντάπτορα (μπίλια) ώστε να εξασφαλίζεται κλίση του στομίου ανεξάρτητα από τον σωλήνα και να επιτυγχάνεται μέγιστη απόδοση χωρίς απώλεια αναρροφητικής δύναμης.
 - II.** Μία (1) συσκευή φωτοπολυμερισμού (ισχύος 1600 mW/cm² περίπου) ασύρματη, να έχει διαφορετικά προγράμματα και να είναι πολυφασματική, με μήκος κύματος από 385-500 τουλάχιστον
 - III.** Βοηθητικό χειριστήριο από όπου θα ελέγχονται οι κινήσεις της έδρας και η λειτουργία ποτηριού-πτυελοδοχείου.
 - IV.** Μια (1) γωνιακή αερο-υδροσύριγγα τριπλής λειτουργίας (αέρας – νερό – σπρέι).

Γ. ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ

Ο προβολέας θα πρέπει:

1. Να στηρίζεται στο μηχάνημα με πολύσπαστο και αυτοϊσορροπούμενο βραχίονα που να έχει δυνατότητα κινήσεων μεγάλης έκτασης και που να εξασφαλίζει μεγάλη σταθερότητα κινήσεων και θέσεων.
2. Να είναι τεχνολογίας LED.
3. Να προσφέρει ψυχρό φωτισμό 5000 K συγκεντρωτικό. Να είναι σκιαλυτικός, ισχύος τουλάχιστον 45.000 LUX σε περίπου 70 cm, με δυνατότητα ρύθμισης μέσω σένσορα.
4. Να διαθέτει λειτουργία “composite mode” για ασφαλή χρήση ρητινών αλλά και δυνατότητα επιλογής των διαφορετικών θερμοκρασιών χρώματος.
5. Να λειτουργεί με φωτοκύτταρο.
6. Να διαθέτει αποσπώμενα χερούλια δεξιά και αριστερά που να μπορούν να κλιβανίζονται.

Δ. ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΑΜΠΛΕΤΑ)

1. Να διαθέτει πέντε (5) θέσεις εργασίας:
 - I. Δύο (2) γραμμές για αερότορ με φως.
 - II. Μία (1) γραμμή ηλεκτρικού μοτέρ με φως και εσωτερικό σπρέι νερού και display(για απεικόνιση στροφών-reverse mode-τουλάχιστον 3 μνήμες κ.ο.κ)
 - III. Μία (1) ενσωματωμένη πιεζοηλεκτρική συσκευή υπερήχων-αποτρύγωσης με φως και 6 ξέστρα (επιλογής μας)
 - IV. Μία (1) αεροϋδροσύριγγα ευθεία τριπλής λειτουργίας (αέρας – νερό – σπρέι).
2. Μια χειρολαβή αερότορ με φως (τουλάχιστον 20watt) και τουλάχιστον τριπλό σπρέι νερού με ταχυσύνδεσμο και μια χειρολαβή αερότορ με τουλάχιστον τριπλό σπρέι νερού χωρίς φως ,
3. Μία (1) χειρολαβή μικρομότορ με εσωτερικό σπρέι νερού με φως.
4. Να διαθέτει διακόπτες μαλακούς (soft touch) ή χειριστήρια αφής, για τον έλεγχο του unit, του πτυελοδοχείου και της έδρας. Να είναι πλήρως στεγανοποιημένοι, ανθεκτικοί και εργονομικά τοποθετημένοι για να διευκολύνουν τον ιατρό και τον ασθενή.
5. Τα κορδόνια να είναι σιλικόνης για καλύτερο καθαρισμό και απολύμανση και αναρτημένα σε άνω θέση και πάνω από την ταμπλέτα. Να είναι ευθεία και όχι σπιράλ και να διαθέτουν φρένα ώστε να μην γίνεται εκτόνωση που συνεπάγεται την ακούσια επαναφορά των χειρολαβών στη βάση της ταμπλέτας.
6. Να διαθέτει ξεχωριστές ρυθμιστές πίεσεως και νερού για τα επιμέρους κοπτικά της μονάδας.
7. Η ταμπλέτα να είναι ικανού εμβαδού το οποίο να αναφέρεται.
8. Ο σχεδιασμός της βάσης των χειρολαβών (άνω θέση) θα πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε να αποφεύγεται η πτώση τους.
9. Εργοστασιακός σχεδιασμός – πρόβλεψη για τοποθέτηση και ενσωμάτωση monitor.

Ε. ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Ο ποδοδιακόπτης θα πρέπει :

1. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής με αντιολισθητική βάση και άγκιστρο μεταφοράς/μετατόπισης.
2. Να ενεργοποιεί τα κοπτικά εργαλεία της εργαλειοφόρου τράπεζας.
3. Να ελέγχει τις κινήσεις της έδρας.
4. Να είναι πατητός με σταδιακή ρύθμιση στροφών στο μικρομότορ
5. Να ρυθμίζει το on -off νερού

ΣΤ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ

1. Να διαθέτει αυτόνομο μοτέρ αδιάλειπτης λειτουργίας.
2. Να έχει μεγάλη δυνατότητα αναρρόφησης τόσο των υγρών όσο και των αέριων λυμάτων. Η ισχύς του να είναι από 1.1kw και άνω.
3. Να διαθέτει φίλτρο που θα διαχωρίζει και θα συγκρατεί τα στερεά από τα υγρά, τα οποία θα διοχετεύονται απευθείας στην αποχέτευση (ώστε να μην χρειάζεται κάδος συλλογής λυμάτων).
4. Να διαθέτει διαχωριστή αμαλγάματος καθώς και ειδική βαλβίδα που θα διασφαλίζει όχι μόνο το διαχωρισμό από τις αναρροφήσεις αλλά και από την λεκάνη του πτυελοδοχείου.
 - Ο διαχωριστής αμαλγάματος να συμμορφώνεται με τον κανονισμό 2017/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 - Ο διαχωριστής αμαλγάματος να διαθέτει οπτική ή/και ακουστική ένδειξη όταν το δοχείο (όπου συλλέγεται το αμάλαμα) έχει γεμίσει και χρήζει αντικατάστασης.
5. Να παραδοθεί μαζί με ερμάριο με εξαερισμό, για την ορθή λειτουργία του μοτέρ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από συμπληρωμένο φύλλο συμμόρφωσης στις παρακάτω προδιαγραφές:

1. Ο ζητούμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι πλήρης, απολύτως καινούργιος (αμεταχείριστος), άριστης αντοχής, σύγχρονης τεχνολογίας, αναγνωρισμένου οίκου, κατάλληλος για χρήση σε Νοσοκομείο και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του.
2. Το προσφερόμενο μοντέλο να βρίσκεται σε γραμμή παραγωγής.
3. Να πληροί όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την οδηγία 93/42/EEC καθώς και με τον Κανονισμό ΕΕ 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (MDR) που αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
4. Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού και ο αντιπρόσωπος – διανομέας του, υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων και τεχνικής υποστήριξης κατά ISO (EN ISO 13485:2016, Medical devices — Quality management systems — Requirements for regulatory purposes).

5. Ο κατασκευαστής του εξοπλισμού και ο αντιπρόσωπος – διανομέας του, υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 37001:2016 με πεδίο εφαρμογής: Εμπορία, Διακίνηση & Τεχνική Υποστήριξη Οδοντιατρικών Μηχανημάτων και Συσκευών.
6. Η προμηθεύτρια εταιρία υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, για την συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Η σύνθεση του συνεργείου συντήρησης καθώς και τα τυπικά κλπ. προσόντα των απασχολούμενων θα πρέπει να αναφερθούν.
7. Το σύνολο του εξοπλισμού θα πρέπει να καλύπτεται από τουλάχιστον 5 έτη εγγύησης καλής λειτουργίας που θα ξεκινούν από την τελική τοποθέτηση του εξοπλισμού στον χώρο.
8. Όλα τα μεταλλικά μέρη της έδρας να έχουν υποστεί επεξεργασία αντισκωριακής προστασίας σύμφωνα με το EN ISO 21530 ή ισοδύναμο.
9. Ο προμηθευτής να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σύμφωνα με το Ν.2939/2001, το Π.Δ. 117/2004 και το Π.Δ. 15/2006.
10. Βεβαίωση από τον προμηθευτή 20ετούς τουλάχιστον κάλυψης σε συντήρηση, αναλώσιμα και ανταλλακτικά.
11. Βεβαίωση από τον προμηθευτή ότι διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης με την ανάλογη τεχνογνωσία και δυνατότητες συντήρησης - αποκατάστασης βλαβών του προσφερόμενου εξοπλισμού και να είναι επίσημα εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστικό οίκο για την διανομή και τεχνική υποστήριξη της προσφερόμενης μονάδας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

1. Εγγύηση καλής λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή, δωρεάν και παρουσία των υπευθύνων του Νοσοκομείου, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με επισκευή ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεμβαίνει επιτόπου και άμεσα (το πολύ εντός 24ώρου), από την τηλεφωνική ή μέσω email ή μέσω fax ή με άλλη έγγραφη ειδοποίησή του από τους υπευθύνους του Νοσοκομείου.
2. Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί και θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή στο Οδοντιατρικό Τμήμα του Νοσοκομείου. Ο προμηθευτής οφείλει να λάβει γνώση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, με χρόνο παράδοσης το αργότερο εντός τριών (3) μηνών.
3. Η ημερομηνία και ώρα τοποθέτησης και μετακίνησης των μηχανημάτων θα πρέπει να γίνει με προηγούμενη συνεννόηση με τον Προϊστάμενο – Επιστημονικά Υπεύθυνο του Οδοντιατρικού Τμήματος, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του ιατρείου.

Η εγκατάσταση της νέας έδρας περιλαμβάνει υποχρεωτικά όλες τις απαιτούμενες εργασίες, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

Ηλεκτρολογικές εργασίες σύνδεσης με το δίκτυο 220V AC σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΛΟΤ HD384 και τα ισχύοντα πρότυπα IEC.

Υδραυλικές συνδέσεις με δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και παροχής αέρα (όπου απαιτείται).

Εργασίες προσαρμογής ή τροποποίησης υποδομών ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και λειτουργική εγκατάσταση.

Ο προμηθευτής φέρει την πλήρη ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε ηλεκτρικά, υδραυλικά ή λοιπά δίκτυα κατά την εκτέλεση των εργασιών και υποχρεούται να τις αποκαταστήσει άμεσα χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.

4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην απεγκατάσταση της παλαιάς οδοντιατρικής έδρας και στην εγκατάσταση της νέας, αναλαμβάνοντας πλήρως όλες τις σχετικές εργασίες. Η παλαιά οδοντιατρική έδρα θα αποσυρθεί ή θα τοποθετηθεί σε χώρο που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, η οποία θα αποφασίσει σχετικά. Η διαχείριση της παλαιάς έδρας (μεταφορά, αποθήκευση ή απόσυρση) θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη διαχείριση αποβλήτων ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (WEEE, Ν. 4819/2021). Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό με εμπειρία σε εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό MDR 2017/745). Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ο προμηθευτής υποχρεούται να διενεργήσει όλες τις απαραίτητες δοκιμές λειτουργικότητας και ασφάλειας, καθώς και να παραδώσει πρωτόκολλο εγκατάστασης και δοκιμών υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο τεχνικό.
5. Ο προμηθευτής πρέπει να εκπαιδεύσει δωρεάν τους χρήστες για την λειτουργία του και να παραδώσει φυλλάδια οδηγιών χρήσης - συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα και Service Manual.
6. Να περιγράφεται το αναλυτικό πρόγραμμα συντηρήσεων που προβλέπεται από τον κατασκευαστή, να διευκρινιστούν σαφώς οι χρόνοι και το είδος των συντηρήσεων που πρέπει να κάνει ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος και ενδεχομένως ο χρήστης και να αναφερθούν αναλυτικά όλα τα απαιτούμενα αναλώσιμα ή άλλα υλικά των συντηρήσεων, με τους κωδικούς, τις τιμές και το χρόνο ζωής τους.
7. Να δοθούν οικονομικές προσφορές για την συντήρηση του μηχανήματος συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών πλην των αναλώσιμων, μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόμενη τιμή συντήρησης, που θα ισχύσει μετά τη λήξη της εγγύησης και για 10 συνολικά χρόνια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών – Κατάρτιση και περιεχόμενο προσφορών

1.1. Οι ενδιαφερόμενοι, για να συμμετάσχουν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πρέπει να υποβάλουν εμπρόθεσμα την προσφορά τους, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται, από την παρούσα πρόσκληση. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με το Ν 4412/2016.

1.2. Οι προσφορές, μπορούν να αποστέλλονται στο Νοσοκομείο με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία **μέχρι τη λήξη της καθοριζόμενης από την πρόσκληση προθεσμίας υποβολής των προσφορών**. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, μετά την καθοριζόμενη από την πρόσκληση ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Επισήμανση: α) Το voucher των εταιρειών courier, δεν αποτελεί αποδεικτικό εμπρόθεσμης κατάθεσης προσφοράς, ως εκ τούτου οι προσφορές, που δεν θα περιέρχονται σε φυσική μορφή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

β) Προτείνεται η σελιδαρίθμηση του κειμένου των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και των δικαιολογητικών συμμετοχής, προς διευκόλυνση της επιτροπής αξιολόγησης και βέλτιστο έλεγχο.

1.3. Οι προσφορές θα υποβάλλονται συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) αντίγραφα, και μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:

1.3.1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.

1.3.2. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.

1.3.3. Ο αριθμός της πρόσκλησης.

1.3.4. Η ημερομηνία διενέργειας της πρόσκλησης.

1.3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.4. Οι προσφορές υπογράφονται από τον προσφέροντα ή τον τυχόν ορισθέντα αντιπρόσωπό του. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η προσφορά υπογράφεται από κάθε μέλος της ή, διαφορετικά, από τον τυχόν ορισθέντα εκπρόσωπό τους.

1.5. Μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:

1.5.1. Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής εις διπλούν (σε κλειστό φάκελο πρωτότυπα και αντίγραφα με την ένδειξη πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής και φωτοτυπία αυτών, με την ένδειξη αντίγραφα δικαιολογητικών συμμετοχής)

1.5.2. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος να περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς εις διπλούν (πρωτότυπα και αντίγραφα με την ένδειξη τεχνική περιγραφή πρωτότυπο και φωτοτυπία αυτών, με την ένδειξη τεχνική προσφορά αντίγραφο)

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

1.5.3. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εις διπλούν (πρωτότυπη με την ένδειξη οικονομική προσφορά πρωτότυπη και φωτοτυπία αυτής με την ένδειξη οικονομική προσφορά αντίγραφο), στον οποίο τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Πιο συγκεκριμένα:

α. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη, σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα πρόσκληση.

β. Οι τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, κόστος εκτελωνισμού, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

- γ. Σε περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών, που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχητή, ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Κατακύρωσης:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, η οποία θα έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, **συμπληρωμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Οικονομικού Φορέα, στην οποία θα δηλώνεται ότι:**

α) Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της σχετικής Πρόσκλησης.

β) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, είναι **180 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της.**

γ) Για την ανάθεση της Σύμβασης δεν συντρέχει κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1, περ. (β) του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

2. Νομιμοποιητικά έγγραφα και δικαιολογητικά:

2.1. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης: πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

2.2. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών: γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

2.3 Ισχύον Καταστατικό.

2.4 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του.

Ειδικότερα η παραπάνω υποχρέωση αφορά:

- ✓ στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- ✓ στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- ✓ σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

ή εναλλακτικά του ποινικού μητρώου θα προσκομισθεί:

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 εκ μέρους του Νόμιμου Εκπροσώπου του Οικονομικού Φορέα, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, **στην οποία θα δηλώνεται ότι:**

για την ανάθεση της σύμβασης δεν συντρέχει κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1, (συμπεριλαμβανομένου και των αδικημάτων περί δωροδοκίας της περ. (β), του άρθρου 73, του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Ειδικότερα η παραπάνω υποχρέωση αφορά:

- ✓ στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- ✓ στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- ✓ σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

3. Φορολογική Ενημερότητα εν ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της.

4. Ασφαλιστική Ενημερότητα εν ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της.

Οι Υπεύθυνες δηλώσεις θα υπογράφονται με χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής ή εγκεκριμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας (π.χ. μέσω GOV.GR).

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία (Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου) **μέχρι τη λήξη της καθοριζόμενης από την πρόσκληση προθεσμίας υποβολής των προσφορών.**

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 180 ημέρες, από την ημερομηνία διενέργειας της πρόσκλησης.

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, **με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα, θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.**

Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως, ότι τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της πρόσκλησης. Το δε αποδεικτικό αποστολής, θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς, με τα τεχνικά στοιχεία.

Τα προσφερόμενα είδη, πρέπει να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Η αποσφράγιση των προσφορών, τεχνική και οικονομική, θα γίνει ενώπιον της επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών σε ένα στάδιο. Εφόσον είναι επιθυμητό, προβλέπεται η φυσική παρουσία των συμμετεχόντων ή νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, κατά την ημερομηνία αποσφράγισης.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. Επίσης, απορρίπτονται σαν απαράδεκτες, προσφορές για μέρος της ποσότητας που προκηρύχθηκε, καθώς και προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την πρόσκληση.

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός και η τιμή του παρατηρητηρίου τιμών, σύμφωνα με τον Ν. 4052/2012 αρ.14 παρ.7 περί σύγκρισης των τιμών των οικονομικών προσφορών, με αυτές του Παρατηρητηρίου Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, όπως καταγράφονται κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής προσφορών ανά πρόσκληση.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει για κάποιο είδος κωδικός παρατηρητηρίου τιμών, θα πρέπει να αναφέρεται με υπεύθυνη δήλωση από τον προμηθευτή.

Τιμή ανώτερη από αυτή του παρατηρητηρίου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση απόκρουση όρου της πρόσκλησης ή της προσφοράς, δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο.

Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από κεντρική αναθέτουσα αρχή οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται για την παρούσα πρόσκληση.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί εντός είκοσι (20) ημερών από την ανακοίνωση στον ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής απόφασης .

ΧΡΟΝΟΣ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρ. 200 του Ν 4412/2016

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν 4412/2016, ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν προκύψει στο Νοσοκομείο κ.λπ., από την εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ '

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 2 του Ν 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης .

Ερωτήματα τεχνικής φύσεως μπορούν να υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή στο τηλ. 2132057790-2132057879 ή εναλλακτικά στο e-mail: promkgh2009@gmail.com

Για την Παροχή των εν λόγω Υπηρεσιών/Ειδών θα υπογραφεί σύμβαση, μετά από σχετική Απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και οι ευθύνες του Αναδόχου και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια θα καθορισθούν ειδικότερα κατά την κατάρτιση και υπογραφή της σχετικής σύμβασης στα σχετικά άρθρα της.

Κατά τα λοιπά, για όσα δεν αναφέρονται στην παρούσα, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει και οι κείμενες σχετικές με το αντικείμενο διατάξεις.

Επισημαίνεται ότι τα νομιμοποιητικά έγγραφα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση η εταιρεία υποχρεούται να τα προσκομίσει εκ νέου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΑΡ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... /26

ΣΥΜΒΑΣΗ (ποσού : € πλέον ΦΠΑ)

Προμήθεια οδοντιατρικής έδρας για το Οδοντιατρικό Τμήμα του Νοσοκομείου.

Α΄ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ

Χρονολογία κατάρτισης:

Τόπος κατάρτισης :

Στα γραφεία του Κωνσταντοπούλειου - Πατησίων Νοσοκομείου

Ημερομηνία έναρξης:

Ημερομηνία λήξης:

Συμβαλλόμενοι :

1. Το Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας, με ΑΦΜ 999275167, που εδρεύει επί της οδού Θ. Κωνσταντόπουλου 3 -5 Νέα Ιωνία Τ.Κ. 14233 e mail: grammateia.dioikisis@konstantopouleio.gr νόμιμα εκπροσωπούμενο από το Διοικητή του κ. ΧΡΗΣΤΟ Χ. ΤΣΑΜΗ, καλούμενο στο εξής «Νοσοκομείο» και

2. Η εταιρεία με την επωνυμία που εδρεύει επί της οδού νόμιμα εκπροσωπούμενη από καλούμενη στο εξής «Ανάδοχος»

Β΄ ΟΡΟΙ

Το «Νοσοκομείο» έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/8.8.16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει.
2. Την υπ. αριθ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021 (Β΄ 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του Ν.4601/2019» (Α΄44) και την υπ. αριθ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 (Φ.Ε.Κ.Β΄2385), Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας, με θέμα: «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» (με διορθ. σφαλ. στο Β΄ 3061) όπως ισχύει.
3. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στην παρούσα, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
4. Την αναγκαιότητα σύναψης δημόσιας σύμβασης με Οικονομικό Φορέα ακολουθώντας τις προβλεπόμενες από το υφιστάμενο πλαίσιο διαδικασίες για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής.
5. Την υπ. αριθ. .../26 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
6. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

7. Την υπ. αριθ. πρωτ.....απόφαση ΔΣ, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος .

α ν α θ έ τ ε ι

στον «Ανάδοχο» την παροχή των ειδών/υπηρεσιών που αναφέρονται και περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας με τους παρακάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών

Η υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, που για λόγους ευκολίας επισυνάπτεται αυτούσιο στην παρούσα και την προσφορά του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 2ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Η διάρκεια εκτέλεσης και παράδοσης του αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται σε (..) μήνες, αρχής γενομένης από την .../.../2026 έως και την .../.../2026.

ΑΡΘΡΟ 3ο ΑΜΟΙΒΗ /ΠΛΗΡΩΜΗ /ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Το συνολικό συμβατικό τίμημα, ανέρχεται στο ποσό των (..... €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι στο ποσό των (..... €) του ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

Η δαπάνη του αντικειμένου της παρούσας βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Αναθέτοντα Φορέα Οικονομικού έτους 20....., ΑΔΕ CPV

Η πληρωμή του Αναδόχου, θα γίνεται μετά από την από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από το νοσοκομείο εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, το νοσοκομείο καθίσταται υπερέμερο και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.

Για τα νοσοκομεία εφαρμόζεται το άρθρο 5 του Ν 2955/01.

Για την εξόφληση ο «Ανάδοχος» θα προσκομίζει:

1. Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 52445/12.04.2023. Ο Ανάδοχος συμπληρώνει στο πεδίο BT-11, Στοιχείο Αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου και τον ΑΔΑ Ανάλυσης Υποχρέωσης.

Ο Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι: 1015.E00842.0001

2.Πρόσφατο πιστοποιητικό φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας.

Τον «Ανάδοχο» θα βαρύνουν

α) 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ (Ν. 4912/17-3-2022 ΦΕΚ Α59) πλέον χαρτοσήμου

β) 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας

γ) Φόρος 4% για προμήθειες και 8% για παροχή υπηρεσιών

(Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία τιμολογίου πλην ΦΠΑ).

ΑΡΘΡΟ 4ο ΠΑΡΑΛΑΒΗ

1. Η Παρακολούθηση και Παραλαβή καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης θα γίνεται από την Επιτροπή που έχει ορισθεί σύμφωνα με Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου και τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 **άρθρο 26** όπως ισχύει.

Εφόσον τα παραδοθέντα κριθούν αποδεκτά, η επιτροπή θα συντάξει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Στην περίπτωση που τα παραδοθέντα δεν βρεθούν σύμφωνα με την παραγγελία, η επιτροπή παραλαβής θα συντάξει πρωτόκολλο απόρριψης, στο οποίο θα αναφέρει τους λόγους της απόρριψης.

2. Αν ο «Ανάδοχος» παραβεί οποιοδήποτε ουσιώδη κατά την κρίση της υπηρεσίας όρο της σύμβασης, δύναται να του επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/16) και την κείμενη νομοθεσία .

ΑΡΘΡΟ 5^ο **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

1. Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων, απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει τη χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του νοσοκομείου.

Από την απαγόρευση αυτή, εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων, που διέπονται από τις διατάξεις του Ν 1905/90 ΦΕΚ 147/15-11-90 .

Στις περιπτώσεις που εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του αναδόχου, υποχρεούται να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει εισπράξει και είναι εκχωρημένα στις τράπεζες και στις Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων, που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, με τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης. Στην περίπτωση που τα τιμολόγια είναι ενεχυριασμένα, να αναγράφεται η τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα που έχουν ενεχυριασθεί, σε εμφανές σημείο του τιμολογίου.

2. Ο «Ανάδοχος» δηλώνει και συνομολογεί ότι έλαβε γνώση όλων των όρων και περιορισμών της σύμβασης αυτής και ότι με βάση αυτούς και μόνο, θα λύνεται κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση και κάθε διένεξη για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.

Επίσης, συμφωνείται ότι για κάθε τροποποίηση όρου της σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκόλυνσης, παράταση χρόνου εκτέλεσης κ.λπ., δεν μπορούν να αποδειχθούν παρά μόνο έγγραφα και αποκλείεται κάθε άλλο μέσο απόδειξης.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία, ολοκληρωθεί ενιαίος διαγωνισμός από νοσοκομείο που υπάγεται στην υγειονομική περιφέρεια ή όποιος άλλος διαγωνισμός από κεντρική αναθέτουσα αρχή, οι τυχόν υπογεγραμμένες συμβάσεις θα διακοπούν.

ΑΡΘΡΟ 6ο **ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ**

Η παρούσα σύμβαση καθώς και κάθε διαφορά που απορρέει από αυτήν, διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου.

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής, το Νοσοκομείο και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Σε αντίθετη περίπτωση, οποιαδήποτε διαφορά σχετική με την εκτέλεση και την ερμηνεία της παρούσας σύμβασης, θα εισάγεται αποκλειστικώς στα Δικαστήρια Αθηνών, που ορίζονται από τους συμβαλλόμενους ως τα μόνα αρμόδια για την εκδίκασή της.

ΑΡΘΡΟ 7ο **ΔΙΕΠΟΝΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΑ**

Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, ήτοι η Πρόσκληση .../26 και η Τεχνική και Οικονομική προσφορά του Αναδόχου, υπογράφονται από αμφοτέρω τα συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο αυτής. Οι όροι τους μάλιστα, ισχύουν το ίδιο με τους όρους της παρούσας σύμβασης και συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις.

Τέλος, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι, αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους, συμφωνούν ανεπιφύλακτα και θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

.....

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Χ. ΤΣΑΜΗΣ